



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“ ПРМЕДИКА ИНТЕРНЕСНЛ ”

119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1

ИНН 7703259176 КПП 772901001

ОГРН 1027739932868

р/сч 40702810600000004403 в АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) г. Москва, к/сч 30101810400000000267, БИК 044583267

Тел./факс (495) 747-92-65, (495) 747-59-30

№ 73136 от «01» марта 2013 г.

В Управление ФАС по г.Москве
107078, г. Москва, Мясницкий пр., д.4, стр.1

ЖАЛОБА

Московское УФАС

Рег.номер 35036

Зарегистрирован: 01.11.2013



Контактная информация Заказчика:

Организация: ОАО «ТД РЖД»

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39 стр.1

Контактное лицо: Васильева Елена Владимировна, (499) 260-13-57, адрес электронной почты: vasilievae@center.rzd.ru.

Контактная информация ООО «ПРОМЕДИКА»:

Почтовый адрес: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1

Контактное лицо: Вострухина Ольга Сергеевна, (495) 747-92-65, адрес электронной почты: vostrukhinaolga@gmail.com

Уважаемые господа,

Изучив документацию об открытом конкурсе № 6537/ОК – ОАО «ТД РЖД»/20013/Д на право заключения договора поставки медицинского оборудования и выполнения пусконаладочных работ для нужд ОАО «РЖД» в IV квартале 2013 года, лот №3 Эндоскопическое оборудование, пункты №1, №2, №3, №5, специалисты нашей компании пришли к выводу, что технические требования указанные в конкурсной документации соответствуют только одному производителю Pentax.

Данный факт является ограничением конкуренции и противоречит Федеральным законам Российской Федерации: N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а также Положению о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО "РЖД".

В частности, в положении ОАО «РЖД», в пункте 47 указано следующее:

47. Конкурсная документация не должна содержать указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, место происхождения товара или наименование конкретного производителя, а также требования к товару, его производителю, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа, за исключением случаев, когда нет другого достаточно точного или четкого средства описания характеристик закупаемых товаров, работ, услуг и при условии включения в конкурсную документацию таких слов, как "или эквивалент".

В технических характеристиках, есть достаточно точное и четкое указание характеристик закупаемых товаров. Техническое описание товара, планируемого к закупке настолько точны, что соответствуют исключительно одному производителю и данном случае слово «эквивалент», в сочетании с прямым указанием и точным описанием медицинского оборудования одного производителя воспринимается, исключительно, как формальное соблюдение регламентирующих документов.

В конкурсной документации по лоту №3 Эндоскопическое оборудование, в пунктах №1, №2, №3, №5, ООО «ПРОМЕДИКА» готова предложить к поставке эндоскопическое оборудование компании Olympus, которое превосходит указанные характеристики и подходит по основным техническим требованиям. Пункты которые не соответствуют техническим характеристикам, в большей части превышают запрошенные характеристики. Ссылки на пункты, где очевидны превышающие характеристики приведены в таблице:

лот №3 Эндоскопическое оборудование

Видеобронхоскоп Pentax EB-1970K (или эквивалент) (поз. №1 Таблицы 3)		
<u>Технические характеристики:</u>	Pentax EB-1970K	Olympus BF-1T150
Диаметр дистального конца не более	6,3 мм	6,0 мм
Диаметр вводимой трубки не менее	6,2 мм	6,0 мм
Общая длина не менее	860 мм	870 мм
Мощность встроенного источника света не менее	100 Ватт	150
Список на 30 пациентов	требуется	50
Размер экрана	19 дюймов	26
Максимальное разрежение не менее	80кПа	85

1) Видеоколоноскоп Pentax EC-3890LK, или эквивалент (поз. №2 Таблицы 3)		Olympus CF-H180AL
<u>Технические характеристики:</u>		
Угол поля зрения не менее	140°	170
Глубина резкости не менее	3-100мм	2-100
Система цвета: Коррекция цвета - Красный/Синий не менее	± 5шагов (регулировка)	17
Размер экрана не менее	19 дюйма	26
Максимальное разрежение не менее	80кПа	85
Вес не более	4,7 кг	5.2

1) Видеогастроскоп Pentax EG-2790K,		GIF-H180J
<u>Технические характеристики:</u>		

Глубина резкости не менее	5 — 100 мм	2-100
Диаметр дистального конца не менее	9,2 мм	9.9
Рабочая длина вводимой трубки не более	1050 мм	1030
Общая длина не более	1373 мм	1345
Система цвета: Коррекция цвета - Красный/Синий не менее	± 5 шагов (регулировка)	17
24" ЖК монитор	требуется	26
Максимальное разрежение	80кПа	85
Сетевой фильтр с 6-ю розетками	требуется	12

1) Многофункциональный гастродиброскоп с большим инструментальным каналом Pentax FG-29V, HOYA Corporation,		
(или эквивалент) (поз. №5 Таблицы 3)		
Оптические характеристики:		
- угол поля зрения, не менее	100°	120

Учитывая вышеизложенное, просим привести в соответствие документацию открытого конкурса № 6537/ОК – ОАО «ТД РЖД»/20013/Д на право заключения договора поставки медицинского оборудования и выполнения пусконаладочных работ для нужд ОАО «РЖД» в IV квартале 2013 года, лот №3 Эндоскопическое оборудование, пункты №1, №2, №3, №5, в соответствии с законодательной базой и с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности ОАО "РЖД".

С уважением,
 Генеральный директор
 Общества с ограниченной ответственностью
 «ПРОМЕДИКА ИНТЕРНЭШНЛ»



Глебова М.А.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“ПРОМЕДИКА ИНТЕРНЭШНЛ”

119607, г Москва, ул Раменки, д 17, корп 1

ИНН 7703259176 КПП 772901001

ОГРН 1027739932868

р/сч 40702810600000004403 в АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) г Москва, к/сч 30101810400000000267, БИК 044583267

Тел /факс (495) 747-92-65, (499) 133-43-94

г. Москва

«29» августа 2011 г.

Приказ

На основании Решения Участника общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЕДИКА ИНТЕРНЭШНЛ» от 29.08.2011 г., принимаю на себя полномочия Генерального директора на срок с 29 августа 2011 г. по 28 августа 2014 г.

Генеральный директор



Глебова М.А.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГЛЕБОВА М.А.

Решение
Участника общества с ограниченной ответственностью
«ПРОМЕДИКА ИНТЕРНЕСНЛ»

г. Москва

«29» августа 2011 года

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”, действующего законодательства РФ, я, гражданин Российской Федерации

Глебова Мария Александровна паспорт 45 08 461133 выдан ОВД района Котловка 22.08.2006 г., код подразделения 772-049, адрес: 117447, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д.9 корп.2 кв. 49, являясь единственным Участником Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЕДИКА ИНТЕРНЕСНЛ» (далее именуемое «Общество») приняла решение:

1. Функции и полномочия Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЕДИКА ИНТЕРНЕСНЛ» оставить за собой.
2. В соответствии с п. 22.3. Устава Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМЕДИКА ИНТЕРНЕСНЛ» (утвержден Решением Участника от 29 сентября 2009 г.), срок действия полномочий Генерального директора установить 3 года: с 29 августа 2011 по 28 августа 2014 г.

Подпись участника:

Глебова Мария Александровна



КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГЛЕБОВА М. А.

