



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ  
СЛУЖБА  
(ФАС России)

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ-  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
РУКОВОДИТЕЛЯ

Садовая Кудринская, 11  
Москва, Д-242, ГСП-5, 123995  
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24  
delo@fas.gov.ru http://www.fas.gov.ru

Московское УФАС  
Рег.номер 15751  
Зарегистрирован: 16.05.2014



5

Руководителю Московского  
УФАС России

Р.А. Петросяну

Мясницкий пр., д. 4, стр. 1,  
Москва, 107078

14.05.2014 № 018/19431/14  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении жалобы на рассмотрение

Уважаемый Рачик Ашотович!

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба ООО «Хайнеманн Медичинтехник» на действия заказчика ФБЛПУ «Поликлиника № 2 Министерства экономического развития Российской Федерации» при проведении открытого аукциона на поставку полноразмерной цифровой маммографической системы с возможностью томосинтеза (номер извещения 31401098018).

В соответствии с письмом ФАС России № ИА/6011 от 01.03.2012 Центральный аппарат ФАС России рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчиков при закупке товаров, работ, услуг стоимостью свыше одного миллиарда рублей. Жалобы на действия (бездействие) заказчиков при проведении иных закупок рассматриваются территориальными органами ФАС России по месту нахождения заказчика (в случае если закупка осуществляется филиалом заказчика, жалоба в отношении такой закупки может быть рассмотрена территориальным управлением по месту нахождения филиала



заказчика по согласованию с территориальным управлением, на территории деятельности которого находится заказчик).

На основании вышеизложенного, ФАС России направляет жалобу ООО «Хайнеманн Медичинтехник» в Московское УФАС России для рассмотрения по существу.

О результатах рассмотрения жалобы прошу сообщить заявителю и в обязательном порядке ФАС России.

Приложение: на 40 л. в 1 экз.

*Цариковский*

А.Ю. Цариковский

**ЖАЛОБА  
на действия заказчика**

**Государственный заказчик:**

Федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Поликлиника № 2  
Министерства экономического развития Российской Федерации"

**Размещение заказа осуществляет: Заказчик**

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 119192, Москва, Ломоносовский, дом 43

Контактное лицо: Яковлева Екатерина Александровна

Телефон: 7-499-1431487

Факс: 7-499-1436266

Электронная почта: medcity2@mail.ru

**Оператор электронной площадки:**

ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП), 101000, г. Москва, Милютинский пер., дом 10, стр. 4.

Адрес электронной площадки в сети Интернет: <http://utp.sberbank-ast.ru/Trade/NBT/Index/0/0/0/0>

Реестровый номер процедуры: **Заказ №31401098018**

**Заявитель:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Хайнеманн Медиктехник»**

Место нахождения: 142784 г. Москва, п.Московский, дер. Румянцево, стр.1, офис 201Б

Адрес электронной почты: [info@heinemann.ru](mailto:info@heinemann.ru)

Номер контактного телефона: +7 (495) 787-22-55

Номер факса: +7 (495) 363-68-88

**Краткое наименование аукциона:** Поставка полноразмерной цифровой маммографической системы с возможностью томосинтеза

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие:

**13.05.2014 в 09:00 (МСК)**

**Начальная (максимальная) цена контракта:** 37 729 428 (Тридцать семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч четыреста двадцать восемь) руб. 93 коп.

**Обжалуемые действия заказчика:**

1) Заказчиком допущено нарушение ст. 8, ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поскольку требованиям к товару соответствует оборудование одного производителя, что является ограничением количества участников размещения заказа;

2) **Доводы жалобы:**

На официальном сайте в сети «Интернет» Адрес электронной площадки в сети <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/noticeinfo/commoninfo.html?noticeInfoId=1302480&epz=true> (номер извещения №31401098018), размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на поставку полноразмерной цифровой маммографической системы с возможностью томосинтеза.

Проведенный анализ технического задания, изложенный в Таблице №1 показал, что, по совокупности установленных в техническом задании параметров, им соответствует лишь единственная модель Hologic Selenia Dimensions единственного производителя цифрового маммографа компании Hologic, что является нарушением ст. 8, ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ.

ФАС России  
Рег номер 43205/14  
зарегистрирован 12 05 2014



*Иванов*

1.) Пункт 2.1

.1	2	Мощность, не менее	7 кВт
----	---	--------------------	-------

Данный параметр является уникальным и принадлежит системе Hologic Selenia Dimensions. Помимо того, мощность генератора является избыточной, так как в большинстве исследований пиковая мощность не составляет более 5 кВт. Просьба учесть, что данная величина завышена с целью участия конкретного производителя.

2). Пункт 2.2

.2	2	Диапазон выходного напряжения, не менее	20-49 кВ
----	---	---	----------

Данный параметр для большинства производителей укладывается в диапазон 22-39 кВ. Завышая значение, заказчик ограничивает участие таких современных производителей цифровых маммографов как Siemens, Philips, General Electric.

3) Пункт 3.5

.5	3	Угол	10 град для малого фокуса, 16 град для большого фокуса
----	---	------	---

Наличие сразу двух углов для анода избыточно. Так называемая биангулярная технология уникальна для одного производителя – Hologic. У большинства производителей как правило один угол и составляет разные значения: Siemens (20 град), Philips (16 град), General Electric (16 градусов). Просьба учесть, что технология не несёт за собой никаких преимуществ, а лишь является характерной чертой конкретного производителя.

4.) Пункт 3.9

.9	3	Скорость вращения анода, не менее	9500 об/мин
----	---	-----------------------------------	-------------

Данный параметр для большинства производителей составляет не более 9000 об/мин. Завышая значение, заказчик ограничивает участие таких современных производителей цифровых маммографов как Siemens, Philips, General Electric. Значение 9 500 об/мин. уникально и характеризует конкретного производителя – Hologic.

5.) Совокупность параметров п.9.7-9.9

.7	9	Матрица изображений, не менее	2560 x 3328 x 14 бит (для 18 x 24 см) и 3328 x 4096 x 14 бит (для 24 x 30 см)
.8	9	Размер пиксели, не более	70 микрон
.9	9	Пространственное разрешение, не хуже	7 пар линий на мм

Параметры детектора являются неоправданно завышенными и соответствуют одному производителю – Hologic.

Значения таких производителей как Siemens, Philips, General Electric приведены ниже в Таблице №2.

Производители	Siemens Mammomat Inspiration	Philips Mammo- Diagnost DR	General Electric Seno Essential
Матрица изображений	2016 x 2816 x 14 бит (для 18 x 24 см) и 2816 x 3584 x 13 бит (для 24 x 30 см)	2816 x 3584 x 13 бит (для 24 x 30 см)	1914 x 2294 x 14 бит (для 18 x 24 см) и 2394 x 3062 14 бит (для 24 x 30 см)
Размер пиксели	85 микрон	85 микрон	100 микрон
Пространственное разрешение	5 пар линий на мм	5,8 пар линий на мм	5 пар линий на мм

Учитывая вышесказанное, Заявитель считает, что Заказчиком - Федеральным бюджетным лечебно-профилактическим учреждением «Поликлиника № 2 Министерства экономического развития Российской Федерации» нарушены ст. 8, ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в результате чего аукционная документация содержит параметры, «заточенные» под единственную модель Hologic Selenia Dimensions единственного производителя цифрового маммографа компании Hologic, что мешает проведению действительно конкурентных торгов и рациональному, эффективному и экономному расходованию бюджетных средств.

**На основании вышеприведенных доводов Заявитель просит:**

1. Приостановить электронный аукцион на право поставки полноразмерной цифровой маммографической системы с возможностью томосинтеза, номер извещения №31401098018;
2. Провести полную внеплановую проверку электронного аукциона на право поставки полноразмерной цифровой маммографической системы с возможностью томосинтеза, номер извещения №31401098018;
3. Продлить срок на подачу заявок и обязать Заказчика внести изменения в аукционную документацию электронного аукциона на право поставки полноразмерной цифровой маммографической системы с возможностью томосинтеза, номер извещения №31401098018, путем внесения изменений, устраняющих нарушение конкуренции (нейтральное ТЗ).

Приложения:

- аукционная документация.
- обжалуемая часть технического задания.
- приказ о назначении Исполнительного директора/Доверенность 01/01.

Исполнительный директор  
ООО «Хайнеманн Медизинтехник»

08.05.14г.

Сиваков В.В.

